

Temperaturkontrolle Arzneimittelkühlschrank

Spital:	Station:	Jahr:
Für Temperaturkontrolle zuständiger Mitarbeiter:		

KW	Datum	Temperatur	Minimum Temp.	Maximum Temp.	Visum
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Kühl zu lagernde Arzneimittel müssen in Kühlschränken aufbewahrt werden, die über ein Thermometer oder eine integrierte Temperaturkontrolle/-anzeige verfügen und den Temperaturbereich von 2 bis 8°C einhalten.

Dieses Kontrollblatt ist nur für Kühlschränke ohne integrierte Temperaturanzeige/-kontrolle anzuwenden; es wird anlässlich der Stationsbegehung vom Apotheker der Klinikbetreuung SPH eingesehen.

Temperaturkontrolle
Arbeitsblatt Stationen

KW	Datum	Temperatur	Minimum Temp.	Maximum Temp.	Visum
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Kühl zu lagernde Arzneimittel müssen in Kühlschränken aufbewahrt werden, die über ein Thermometer oder eine integrierte Temperaturkontrolle/-anzeige verfügen und den Temperaturbereich von 2 bis 8°C einhalten.

Dieses Kontrollblatt ist nur für Kühlschränke ohne integrierte Temperaturanzeige/-kontrolle anzuwenden; es wird anlässlich der Stationsbegehung vom Apotheker der Klinikbetreuung SPh eingesehen.

Temperaturkontrolle
Arbeitsblatt Stationen

KW	Datum	Temperatur	Minimum Temp.	Maximum Temp.	Visum
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					

Kühl zu lagernde Arzneimittel müssen in Kühlschränken aufbewahrt werden, die über ein Thermometer oder eine integrierte Temperaturkontrolle/-anzeige verfügen und den Temperaturbereich von 2 bis 8°C einhalten.

Dieses Kontrollblatt ist nur für Kühlschränke ohne integrierte Temperaturanzeige/-kontrolle anzuwenden; es wird anlässlich der Stationsbegehung vom Apotheker der Klinikbetreuung SPH eingesehen.